簡単ガイド

安心・安全にご利用いただくために

※取扱説明書、注意事項を必ずご一読の上、このガイドをご利用ください

エアマスターービッグセル-Ex

操作方法



初期設定
- ■体重表示 50kg
- ■各モード OFF

基本操作

電源ボタン

■電源ランプが点滅する場合
「カプラー接続方法」確認

体重設定ボタン

5Kgずつ設定切り替え、デジタル表示30～80Kg

■体重が中間値の場合は-低値に設定
例：体重42.5kg-「40kg」設定

モード操作

静止ボタン

膨張収縮動作が停止
-低圧保持

安静体位保持

■「創」の動揺防止
■疼痛の緩和
■波動による不快感の予防

屈曲拘縮ボタン

膨張収縮動作が継続
-内圧アップ

局所の圧力集中に対応

■下肢拘縮90度以上の方

換気ボタン

マット内の熱と湿気を
マット外へ放出

ムレ対策

■室温が高い場合
■多汗の方の温度維持

■「ポンプが作動しない」「ポンプ音が大きい」「電源ランプが点滅する」などの症状が見られた際は
ご購入先またはレンタル業者までお問い合わせください。

■コンセントの抜き差しや停電などの際、初期設定に戻ります。
電気復旧後に必ず再設定をお願いします。

LOVING CARE CAPE

簡単ガイド

安心・安全にご利用いただくために

※取扱説明書、注意事項を必ずご一読の上、このガイドをご利用ください

エアマスター ビッグセル-Ex

使用手順

1. 専用マットをベッド上に設置
   交換タイプ：ベッド上に設置　上敷タイプ：ベッドマットレスに固定
2. 専用ポンプに送風チューブを接続 …右記確認
3. 専用ポンプをベッドのフットボードに設置
4. 専用ポンプをコンセントにつなぐ
5. ご使用者の体重に設定 ※約30分程度で使用可能
6. ご使用者をエアマットの上へ移動
7. ご使用者の状態に合わせて各種モードを設定

■マットとポンプ（カプラー）接続方法



送風チューブのカプラーを傾け、ガイド部を差込み穴にしっかりと差込む。



親指で送風チューブのカプラー裏側のロック先端部分を押し込む。



斜め下方向へ押し込み、〝パチン〟の音で接続完了。

■キーロック



体重設定のーと＋を同時に3秒以上押し続ける。
ロックON/OFF

「緑色ランプ点灯」

■CPR［緊急時エア排出機能］

1. ストッパー引き上げ



2. そのまま上に上げる



3. 手前に引き抜く

ビッグセル-エキスパートに関して
「おかしいな？」「故障かな？」「困ったな？」と思った時は
ご購入先またはレンタル業者までお問い合わせください。

店名